

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Röntgenátvilágító, képerősítő berendezés és laparoszkópos torony beszerzése”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS II.

Közbeszerzés tárgya: „Röntgenátvilágító, képerősítő berendezés és laparoszkópos torony beszerzése”

Eliárást megindító felhívás megküldése: 2017. május 22.

Ajánlattételi határidő: 2017. június 13. 11.00 óra

Tisztelt Címzettek!

Tárgyi közbeszerzési eljárásban tájékoztatja a potenciális ajánlattevőket, hogy a verseny tisztasága és a verseny korlátozásának elkerülése érdekében a 2017.06.08. napján megküldött Kiegészítő tájékoztatás I. dokumentumának 6. kérdésére adott válaszát felülvizsgálva módosítja azt, elfogadva egyenértékűnek a kézi darabról indítható és megállítható morcellátort.

6. kérdés:

„Morcellator vezérlő egység” – „pedálos lábkapcsoló kétállású”

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a pedálos működtetésű morcellátor esetében egyenértékűnek fogadja el, ha a morcelláció indítása és megállítása közvetlenül a kézi darabról történik.

A sebészeti műtőben erősen túltengés van lábkapcsolókból, mint. pl. sebészeti vágó, öblítőpumpa, stb. Talán még egyszerűbb is, ha nem kell keresgetni műtét közben, hogy éppen melyik lábkapcsolóra kell rálépni, hogy a morcellátort elindíthassuk.

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a specifikációban a kézi darabról indítható és megállítható morcellátort egyenértékűnek fogadja el a lábkapcsolós változattal.

Válasz:

Ajánlatkérő elfogadja egyenértékűnek a kézi darabról indítható és megállítható morcellátort.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2017. június 9.

Üdvözlettel:


dr. Veress Péter

Kücsöré Ügyvédi Iroda
dr. Kücsora Gergely ügyvéd
1054 Budapest, Aikotmány u. 12. fsz.1
1366 Budapest 5. Pf.: 59.
Adószám: 18142426-2-41