

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Ultrahang készülék és laparoscóp torony tartozékai beszerzése”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

**Kiegészítő tájékoztatás, valamint
Tájékoztatás az Ajánlattételi Határidő módosításáról**

Közbeszerzés tárgya: „Ultrahang készülék és laparoscóp torony tartozékai beszerzése”

Eljárást megindító felhívás megküldése: 2017. július 21.

Ajánlattételi határidő: 2017. augusztus 11. 11.00 óra

Tisztelt Címzettek!

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek ajánlatkérőhöz, amelyekre ajánlatkérő az alábbiak szerint válaszol.

1. rész Ultrahang készülék beszerzése

1. kérdés:

Ajánlatkérő elfogad-e nagyobb elemszámú, nagyobb látószögű, nagyobb frekvencia tartományú és funkcionálisan a specifikációban szereplővel egyenértékű rektális vizsgálófejet, különös tekintettel arra, hogy ez a tétel nem része a szállításnak, hanem opcionális?

Válasz:

Ajánlatkérő elfogadja a egyenértékűként a kérdésben meghatározott vizsgálófejet.

2. kérdés:

Elvárás:

A készülék tömege akkumulátorral együtt, de perifériák nélkül: Maximum 70 kg

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy indokolatlanul ne korlátozza a versenyt a beszerzendő ultrahang készülék súlyának maximális 70 kg-ban történő meghatározásával ezáltal kizárva neves, az ország egyetemi klinikáin használt gyártók felső kategóriás termékeit. A készülék az előírások alapján nem egy folyamatos transzportra tervezett készülék, így a súly nem lehet olyan fontos tényező, hogy a versenyhelyzetet ilyen mértékben korlátozza. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a versenysemlegesség és a tiszta versenyhelyzet érdekében vagy tekintsen el a készülék kapcsán a súlykorlátozástól vagy azt max. 120 kg értékben határozza meg annak érdekében, hogy a neves multinacionális gyártók felső kategóriás termékeivel is lehessen ajánlatot tenni!

Válasz:

Az ajánlattevő módosította a műszaki specifikációt.

3. kérdés:

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Ultrahang készülék és laparoscóp torony tartozékai beszerzése”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

Az 1. rész tekintetében (Ultrahang készülék beszerzése), az egyik értékelési szempont az Ajánlati ár. Kérjük annak tisztázását, hogy az Ajánlati ár csak magát az ultrahang készüléket vagy az ultrahang készüléket plusz a két opcionális vizsgálofejt kell, hogy tartalmazza.

Válasz:

Az ajánlati árnak valamennyi tételt kell tartalmaznia, tehát az ultrahang készüléket és a két opcionális tételt is.

2. rész Laparoscóp torony tartozékai beszerzése

1. kérdés:

Az Általános követelmények második sorában az szerepel, hogy "A megajánlott eszközök egymással illeszthetőek, egy rendszerbe foglalhatóak" legyenek, melyből az következik, hogy a jelen eljárás keretében beszerzendő monitor és endokamera együtt fog üzemelni. Mivel az ismert full HD felbontású endokamerák mindegyike rendelkezik a medikai digitális jelátvitelben elterjedt DVI vagy DVI/HDMI kimenettel, mely az előírt felbontású (full HD 1920x1080) képminőségű videojel továbbítására optimálisan alkalmas, kérjük szíves állásfoglalásukat, hogy megfogalmazható-e a monitor be- és kimenetekre vonatkozó előírás oly módon, hogy az alkalmazott DVI be- és kimenet minimum elvárásként adott, de az egyébként nem használt, inaktív be- és kimenetek kötelező teljesítési kényszere nem szűkíti adott esetben indokolatlanul a pályázók körét?

Válasz:

Nem szükséges inaktív be- és kimenet, elfogadjuk az ajánlatot inaktív be- és kimenet nélkül.

2. kérdés:

Kérjük szíves állásfoglalásukat, hogy a kamerafej sterilizálása történhet-e folyadékban, gázban vagy plazmában is? Az autoklávozhatóság - mint kizárólagos sterilizálási mód - előírása versenykorlátozó hatású, különös tekintettel arra, hogy az endoszkópos technikáknál a kamerafej sterilizálása jellemzően nem szokványos feladat.

Válasz:

A kamerafej sterilizálása történhet folyadékban, gázban vagy plazmában is.

3. kérdés:

A kamerafej érzékenysége csak az adott blendenyílás specifikálásával együtt értelmezhető adat. Kérjük állásfoglalásukat, hogy amennyiben az adott kamerafej érzékenysége kisebb, mint 3 lux, a 1/1.4 paraméterrel specifikált blendenyílás esetén, az megfelelő-e az Önök számára? Ez az érték egyébként a szokásos érzékenység-tartományban helyezkedik el, mellyel az adott endokamera tökéletes endoszkópos képet tud biztosítani.

Válasz:

A kérdésben meghatározott blendenyílás megfelelő az ajánlatkérő számára.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Ultrahang készülék és laparoszkóp torony tartozékai beszerzése”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

4. kérdés:

Kérjük állásfoglalásukat, hogy a laparoszkópos optika esetében a 340mm munkahossz érték elfogadható-e?

Válasz:

Igen, elfogadható 340 mm munkahossz érték.

5. kérdés:

A műszaki specifikáció a következő előírást tartalmazza:

Nagyfelbontású(HD) digitális kameravezérlő egység	1 db		
Magyar nyelvű beállító menürendszer	Igen		

Ragaszkodik- e T. Ajánlatkérő, hogy pusztán a fényerő, kontraszt és hasonló paraméterek beállítására magyar nyelvű beállító rendszer álljon a „FULL HD KAMERA VEZÉRLŐ EGYSEG-ben” rendelkezésre?

Ez a műszaki előírás jelentősen versenykorlátozó és nem túl lényeges szempont. A legtöbb kamera „konzol” egyértelmű és nemzetközileg elfogadott SZIMBÓLUMOKAT használ a fényerő, kontraszt, képélesség, stb. beállításokhoz, melye nem igényel semmilyen nyelvhasználatot vagy különleges megértési képességeket. Ezen esetekben a „magyar nyelvű” beállító rendszernek – mint műszaki előírásnak – semmi jelentősége és értelme.

Tisztelettel kérjük ezen versenykorlátozó műszaki feltétel törlését, vagy kérjük, hogy az egyértelmű szimbólumokat ezzel egyenértékűnek nyilvánítani szíveskedjenek.

Válasz:

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt.

6. kérdés:

A műszaki specifikáció a következő előírást tartalmazza:

Nagyfelbontású(HD) digitális kameravezérlő egység	1 db		
Autoklávozható Full HD kamerafej	Igen		

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a „merítéssel” vagy plazmában való sterilizálhatóságot a FULL HD KAMERAFEJ esetében egyenértékűnek fogadja el és T. Ajánlatkérő tegye lehetővé az ilyen módszerekkel sterilizálható kamerafejek megajánlását, mely által nem szűkül, hanem bővül a verseny.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház		
5100 Jászberény, Szelei út 2.	„Ultrahang készülék és laparoszkóp torony tartozékai beszerzése”	Telefon: +36 57/500-216 Fax: +36 57/412-589

Válasz:

A kamerafej sterilizálása történhet folyadékban, gázban vagy plazmában is.

A Kbt. 56. § (2) bekezdés alapján a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, gyorsított eljárás esetén legkésőbb négy nappal, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb három nappal, a közbeszerzési eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell megadni. Amennyiben a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) bekezdése szerint kell eljárni.

A Kbt. 52. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt,

- a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy
- b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.

A 114. § (6) bekezdése alapján jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a fentiek alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.

Az új ajánlattételi határidő 2017. augusztus 11. 11.00 óra

Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2017. augusztus 11. 11.00 óra. Hely: Kuczora Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. fsz. 1. tárgyaló.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás és a dokumentációt felülvizsgálata során a kiegészítő tájékoztatásokat a Kbt. szabályaival összhangban megküldi az ajánlattevők részére, illetve elektronikus úton közzéteszi azokat.

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét.

Budapest, 2017. augusztus 4.

Üdvözlettel:

dr. Veress Péter
ügyvéd

Kuczora Ügyvédi Iroda
dr. Kuczora Gergely ügyvéd
 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. fsz. 1.
 1366 Budapest 5. Pf.: 59.
 Adószám: 18142426-2-41